

本院碼	健保碼	品名規格	健保價 (X)	自費價 (A)	健保自 付差額 (A-X)	產品特性	副作用	與健保給付品項之療效比較
M1C25949	FBS0839155S2	史賽克艾康尼斯縫合錨釘STRYKER ICONIX SUTURE ANCHOR #3910-500- 512;522;525;532	10,116	25,290	15,174	此款為全縫線設計錨釘，因直徑小，可減少骨質流失，並提供最大接觸面積，增加癒合。	可能出現縫線斷裂情況	較一般健保品項比較能增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福祉
M1C25922	FBS08FBERTAW	艾思瑞斯凡博太克縫合錨釘ARTHREX FIBER TAK SUTURE ANCHOR # AR- 3600:3651;AR-3600:3631- 1;2;AR3651T;AR-3651TT	10,116	25,290	15,174	1. 本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上之固定物。此產品適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。 2. 軟式錨釘材質為高剛性縫線，直徑為1.6mm。植入直徑非常微小，適用於肩盂唇及髖關節之軟組織修復	1. 深層或表面的感染。 2. 對植入的材料過敏或有其他的反應。	1. 在力學測試上發現傳統型的錨釘，連接線與錨釘間發生斷裂因而導致脫落或是手術失敗。 2. 使用健保給付縫合錨釘其縫合後所殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。
M1C25947	FBS08ARPSLAW	艾思瑞斯思維拉克縫合錨釘-PEEK ARTHREX SWIVELOCK SUTURE ANCHOR-PEEK# AR-2323;7324- PSL;AR-2323:2325- PSLC;SLM;PSLM;PCT;PCTT	9,886	24,715	14,829	主要用於將軟組織 固定縫合至骨頭上，進行肌腱韌帶修復重建，如十字韌帶重建、肩旋轉袖破裂修復，本特材可代替傳統縫線，搭配關節鏡進行微創小傷口韌帶重建手術。	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	傳統手術以錨釘打結固定，消耗醫師手術時間，此新型錨釘以無結方式固定，節省手術時間。
M1C25941	FBS08ARBCTAW	艾思瑞斯思維拉克縫合錨釘-TAPE ARTHREX SWIVELOCK SUTURE ANCHOR-TAPE# AR-2324BCCT;AR- 2324BCCTT;AR-2323:2325-BCC	12,874	32,187	19,313	主要用於將軟組織 固定縫合至骨頭上，進行肌腱韌帶修復重建，如十字韌帶重建、肩旋轉袖破裂修復，本特材可代替傳統縫線，搭配關節鏡進行微創小傷口韌帶重建手術。	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	傳統手術以錨釘打結固定，消耗醫師手術時間，此新型錨釘以無結方式固定，節省手術時間。
M1C25924	FBS08JGKNSBM	邦美傑格縫合錨釘BIOMET JUGGERKNOT SOFT ANCHORS#912029;912030;912031;11 0005096	10,116	25,290	15,174	1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。 2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。 3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。 2.過敏反應。 3.植入物鬆脫或移位。 4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。 5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。 2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。 3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。
M1C25961	FBS08UATZZJ	凱燕快特連免打結縫合錨釘Cayenne Quattro Link Knotless Anchor# CM- 9129:9155;CM-9145SP	9,886	24,715	14,829	1. 免打結專利狹縫設計，一次可夾帶最多八條縫線。 2. 使用於最新雙排縫合技術之外排縫合釘。 3. 使用超高生物相容性材質PEEK(聚醚醚酮)，與人體骨骼硬度相似，不會因硬度差異長期運動磨損導致骨缺損	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。 2.過敏反應。 3.植入物鬆脫或移位。 4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。 5.癒合不足。	健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，QuattroLink使用PEEK(聚醚醚酮)，具有更高的生物相容性，其硬度與人類骨質相仿，能夠更好地與骨骼融合，減少植入物與人體組織之間的摩擦及刺激，從而降低炎症反應的風險。
M1C25948	FBS08CFBC4LV	靈威特克洛特縫合固定錨釘LINVATE GENESYS CROSSFT SUTURE ANCHOR# CFBC-45:65-02;03;-B;N;NB	8,876	22,192	13,316	PLA+Micro TCP可吸收並促進骨頭生長	無	1.術後癒合較優 2.可被人體所吸收 3.可促進骨頭增生

本院碼	健保碼	品名規格	健保價 (X)	自費價 (A)	健保自 付差額 (A-X)	產品特性	副作用	與健保給付品項之療效比較
M1C25958	FBS08ARPPLAW	艾思瑞斯普仕拉克縫合錨釘-不可吸收普仕拉克縫合錨釘ARTHREX PUSHLOCK SUTURE ANCHOR-PEEK PUSHLOCK# AR-1922PSM;-1;AR-1922:2923-PS;-1	9,886	24,715	14,829	1.本特材以knotless技術修復，可避免打結時因拉扯所造成的受損。 2.本特材可以以double-row方式進行傷口修復。研究報告指出以double-row技術修復肩袖的病患，90%的病患報告有優良的結果，89%的肩袖修復是完整的。	1.深層或表面的感染 2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	1. 使用Pushlock可以以knotless技術修復，可避免打結時，因拉扯所造成的受損。 2.在力學測試上發現傳統型的錨釘，連接線與錨釘間發生斷裂因而導致脫落或是手術失敗。
M1C25960	FBS08UXSZZJ	凱燕快特艾克斯寬帶縫線錨釘#CM-9255;9265-BG; BGS	9,886	24,715	14,829	1. 使用於最新雙排縫合技術之寬帶內排縫合釘 2. 預載 2號綠色聚酯 (polyester)交織之超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)寬帶縫線，能提供更大範圍的肌腱與骨骼貼合範圍來增加癒合效果，並且減少再撕裂的機率。 3. 使用超高生物相容性材質PEEK(聚醚醚酮)，與人體骨骼硬度相似，不會因硬度差異長期運動磨損導致骨缺損	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。 2.過敏反應。 3.植入物鬆脫或移位。 4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。 5. 癒合不足。	Quattro X使用寬帶縫線，相較傳統細線能夠更均勻分散壓力，減少對組織的局部壓力，避免組織壞死，降低術後併發症。
M1C25944	FBS08PPLKALV	靈威特帕普洛縫合錨釘 LINVATEC POPLOK KNOTLESS SUTURE ANCHOR 4.5MM # CKP-3500;4502;GKP-2801;3302	9,886	24,715	14,829	無結式快速縫合，減少手術時間	異物感	無
M1C25952	FBS08PRESSLV	靈威特派瑞斯縫合固定錨釘LINVATEC GENESYS PRESSFT SUTURE ANCHOR# NB211H;NB261H;NB211:262	8,876	22,192	13,316	PLA+Micro TCP可吸收並促進骨頭生長	無	1.術後癒合較優 2.可被人體所吸收 3.可促進骨頭增生