

本院碼	健保碼	品名規格	健保價 (X)	自費價 (A)	健保自付差額 (A-X)	產品特性	副作用	與健保給付品項之療效比較
M1Z01301	FBSFD23047Z1	捷邁多孔鉍金屬椎體替代物 ZIMMER TM-S#06-101;102-01:03-051:101	9,491	47,456	37,965	鉍金屬開孔率80%。骨生長空間更多。長得更穩且可不需置入自體骨或人工骨。	無	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。
M1Z08816	FBSFD001ZZ48	康鉑頸椎椎間盤融合器(鈦合金+PEEK)Combo Cervical Disc Cage#165;584-04:66-12:17-2H;8H	13,218	66,090	52,872	用於頸椎椎間的填充塊，有支撐與穩定脊椎之功效，康鉑頸椎椎間盤融合器為圓方體中央有上下方向的孔，可填入骨頭與骨替代物，促進骨融合。材質由聚醚醚酮(PEEK)製成，並使用鈦合金材料為X-ray顯影之用，並取尾碼2H為噴砂處理及8H為陽極處理做區分。	若術後無法配合醫護人員的照護指示，將有產品失效的疑慮。	1.穩定度優於健保給付品。 2.較無植入物沉陷的機率。
M1Z08972	FBSFDZB848RK	瑞寶德里貝斯頸椎椎間融合器 ReBorn Essence Z-Brace Cervical Intervertebral Cage#848-05:10-133;153	12,320	61,602	49,282	用於促進脊椎融合固定。	無	目前無類似健保給付產品。
M1Z08822	FBSFD003ZZ48	康鉑腰椎椎間盤融合器- TLIFCombo Lumbar Disc Cage#589;599-05:20-20:44-2H;8H	21,675	108,373	86,698	表面結合鈦合金讓接觸骨頭更容易促進生長。	無。	接觸面更容易促進生長。
M1Z08830	FBSFD77707M4	美敦力艾樂斐特脊椎系統 MedtronicELEVATE Spinal System#777;888-07:11-23:32	31,941	159,707	127,766	1) 可調整高度及角度，依照椎間盤空間調整，選擇最合適尺寸 2) 可撐開式椎間融合器使椎間盤高度增加程度更多更持久 3) 可撐開式椎間融合器使椎間孔高度增加 4) 可撐開式椎間融合器增加了腰椎前凸並得以維持 5) 子彈頭設計及後凸幾何設計方便手術植入 6) 擴張後無空隙，不需進行補骨步驟	植入物尺寸過小可能限制椎間盤終板的契合，進而導致植入物位移及/或脫出。	無可替代的健保品項
M1Z08805	FBSFD29688M4	美敦力克萊迪脊椎系統-椎間融合器 Medtronic Clydesdale Spinal System-cage#2968-040:860	22,587	112,936	90,349	本產品為PEEK椎間融合器，且含有鉍標誌，可置入余兩個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合的過程提供支撐與矯正。此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體移植骨質體相互包覆。	本產品若未與骨質體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。	前側手術傷口較不疼痛，植骨面積比較多，融合效果較好，出血較少。
M1Z08812	FBSFD39922M4	美敦力蓋普斯鈦塗層脊椎系統 Medtronic Capstone PTC Spinal System#39922;39932-07:16	21,675	108,373	86,698	本產品具有多種寬度與高度，由純鈦(CP Ti)塗層的PEEK融合器所構成，它可置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程提供支撐與矯正。此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	用於矯正變形時，若植入物尺寸過小可能限制椎間盤終板的契合，進而導致植入物位移或脫出。	本產品具有多種寬度與高度，由純鈦塗層的PEEK融合器所構成，和骨頭接觸更穩固更容易結合。外觀呈現子彈型，在手術操作中，方便讓醫生植入椎體之間，中空幾何形狀，可以與自體植骨相互包覆，增加骨癒合的機會。