

# アドエア エアゾールをご使用の患者の皆様へ

本剤は、すでに起きている気管支喘息の発作または慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)の増悪を速やかに軽減する薬ではありません。  
医師の指示に従い、毎日定期的に吸入してください。

- 薬剤の吸入は裏面の使用説明書をよく読んでから行ってください。
- アドエア エアゾールは、120回の定量噴霧が可能です。新しい吸入器を初めて使用するときは、カウンターの表示が“124”になっています。“120”になるまでポンベを押して4回空噴霧してから使用してください。
- 本剤を吸入している間は、主治医の指示がない限りフルタイドおよびセレベントを吸入しないでください(同じ薬剤が含まれています)。

## 用法・用量

主治医から指示された用法・用量に従ってください。

1回 吸入／1日 回  
[朝( 吸入)・就寝前( 吸入)]

## 注意

- 1) 本剤は、吸入薬であって飲み薬ではありません。
- 2) 本剤は、発作または増悪を速やかにしずめる薬剤ではありません。発作または増悪時(急に息が苦しくなったり、ゼイゼイが激しくなったとき)には、用量を増量せずに、別に処方された発作止め薬を使用するか、できるだけ早く近くの医療機関を受診してください。
- 3) 症状が改善しても、主治医の指示がない限り、自分の判断で減量あるいは使用を中止しないでください。
- 4) アドエア エアゾールは、120回の定量噴霧が可能です。それ以上噴霧されることがあっても、1噴霧中の主薬量が減少するので、使用しないでください。
- 5) 他の薬剤を同時に使用する場合には、主治医または薬剤師に相談してください。
- 6) 小児の場合は、保護者の監督のもとに使用させてください。
- 7) 吸入後は、副作用防止のためにうがいをしてください。


## 保管上の注意

- 1) 内側のポンベはアダプターからはずさないでください。
- 2) 本吸入器は、落とすとカウンターの数字が変動する場合がありますので、取扱いには十分気をつけてください。
- 3) 噴霧口のつまりを避けるため、少なくとも週1回以上アダプターの吸入口の外側と内側を乾いた布やティッシュペーパーでよく拭き、清潔に保管してください。
- 4) ポンベは絶対に濡らさないでください(噴霧口が詰まる原因となります)。
- 5) 30℃以上の場所に保管しないでください。
- 6) ポンベは火中に投入しないでください。
- 7) 使用後は、地方自治体により定められたポンベの廃棄処理法に従ってください。
- 8) ポンベに穴を開けるときは空にしてから開けてください。

### <横から見た図>



### <うしろから見た図>



喘息患者さん向け情報サイト <http://Zensoku.jp>

『Zensoku.jp』

喘息治療の最新情報をご紹介します。ぜひ、アクセスを!



ぜんそく治療を応援するお役立ちアプリ

iPhone専用



～ママとこどものぜんそくアプリ～

iPhone専用



# アドエア エアゾールの吸入方法

キャップをはずし、よく振ってから

4回押し  
カウンター

使用前




## 新しい吸入器を初めて使用するとき

初めて使用するときは、アダプターについてのキャップの両端をつまみではずします\*。ポンベの中の薬が均一にまじりあうようによく振り、カウンターの表示が“120”になるまでポンベを押して4回空噴霧してから使用してください。

※使いはじめはキャップがかたく、取りはずしにくい場合があります。

●製造時の噴霧検査により、成分が吸入口内側にわずかに付着している場合があります。品質に影響はありません。

1




アダプターについてのキャップの両端をつまみではずします\*。ポンベの中の薬が均一にまじりあうようによく振ってください。なお、1週間もしくはそれ以上使用しなかった場合は、ポンベを押して2回空噴霧してから使用してください。

2



無理をしない程度に息をはき出した後、舌を下げ、のどを広げた状態にしてください。

3



図aまたは図bのように息をゆっくり吸い込みながらポンベの底を強く1回押し吸入してください。図a 吸入口をくわえないで口より約4cm離して吸入します。

図b 吸入口を唇で軽くくわえて吸入します。または、歯で軽くくわえて吸入します。


aまたはbのいずれの方法で吸入するかは先生の指示に従ってください。また、うまく吸入できない場合は先生に相談してください。

4




吸入口から唇を離し、そのまま3～4秒程度息を止め、その後ゆっくりと静かに息をはき、元の呼吸に戻してください。

5




使用後は、アダプターにキャップをつけてください。医師の指示によりアドエア エアゾールをもう1回吸入する場合は、1～4の操作を繰り返してください。

6



吸入後は、のどや口の中に残っている薬を洗い流すために必ずうがいをしてください。



内側のポンベはアダプターからはずさないでください。また、本吸入器は、落とすとカウンターの数字が変動する場合がありますので、取扱いには十分気をつけてください。

■ 吸入用補助器具（スパーサー）を使用する場合は、吸入用補助器具に添付されている使用説明書をご参照ください。

パソコン、携帯電話から動画による吸入法などもご覧いただけます。

▶ <http://kusurigsk.jp/AAA/>

2次元コードが読み取れない場合は、インターネットに上記アドレスを直接ご入力ください。



ご不明な点があればカスタマー・ケア・センター（TEL：0120-561-007 9:00～18:00/土日祝日および当社休業日を除く）または、医師、薬剤師、看護師にご相談ください。



GlaxoSmithKline グラクソ・スミスクライン株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-6-15 <http://glaxosmithkline.co.jp>