

# Manual sa pagamit ng Levemir FlexPen    諾易筆(菲)

Paghahanda:

1. (Sa bawat iniksyon, hugasan ang iyong mga kamay) ihanda ang mga bulak na may alkohol, ang Levemir FlexPen at nag 'Novofine' isang gamitan na karayom.
2. Hilahin off ang takip Levemir FlexPen at punasan ang goma na may pasak ng bulak na may alkohol.
3. Tanggalin ang proteksiyon na tab at ipasok ang 'Novofine' isang gamitan na karayom at ipihit hanggang dulo. Alisin pareho ang mga panlabas na takip at ang takip ng karayom.

**(Tanggalin ang panlabas at panloob na takip)**

4. Paiikutin ang dial na dosis sa 2 yunit, hawakan ang hiringgilya na ang karayom ay nakatutok sa itaas, tapikin ng dulo ng daliri ang kartutso ng ilang beses para umakyat ang mga bula sa loob, habang nakatutok ang karayom sa itaas pindutin ang pindutan hanggang ito ay umabot sa hangganan at tingnan kung may lumabas na isang patak ng insulin sa dulo ng karayom, kung hindi ulitin ang proseso (ang tawag ay airshot) hanggang sa isang patak ng insulin lumitaw, kung kailangan mo ng gawin ito na higit sa 6 airshots, huwag ng gamitin ang hiringgilya at ipagbigay-alam sa iyong amo.

Ang pagsasagawa ng pag-iniksyon:

5. Kapag ang pag-alis airshot ay kumpleto na, ayusin dial dosis sa nais na yunit.
6. Ipasok ang karayom sa ilalim ng balat, pindutin ang pindutan ng paglabas ng insulin hanggang sa bumalik ang dial dosis sa "0", at pagkatapos, antayin ng 6 na segundo (10seconds inirerekomenda) bago ito tanggalin sa balat

Para sa pagkumpleto:

7. Pagkatapos ng ang pagsasagawa ng pag-iniksyon, bumalik ang mga panlabas na takip ng karayom.

8. Tanggalin ang buong karayom at itapon ito ng maayos.

9. Mahalagang paalala:

1. Kung kayo lumagpas ng dosis sa pagdial, maaari itong ibalik sa nais na dosis.
2. Kung ang insulin sa katutso ay hindi sapat na para sa nais na dosis, hindi maiipipihit ang dial sa nais na dosis Halimbawa: Kung kailangan mo ng 20 yunit at ang insulin kartutso naglalaman lamang ng 12 yunit, ang i-dial ang dosis ay maaari lamang ipihit sa pinakamataas na 12 yunit lamang.
3. Habang ginamit, huwag ilagay ang Levemir FlexPen sa lood palamigan, laging magdala ng 'Novofine' isang gamitan na karayom (Huwag lalampas ang init sa 30 ° C), maari lang ito gamitin sa loob ng 6 na linggo lamang.